



11420 Смд.Паланка, Вука Караџића 147, тел.: директор (026) 330-301, централа: 330-300, факс: 313-075

E-mail: sviski@verat.net
Web: bolnica-palanka.co.rs

Текући рачун: 840-211661-10
Матични број: 06113079

РИБ: 101401162

Ваш број:

Наш број: ЈН 1293

Датум: 18.10.2017.

Предмет: У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама Наручилац Општа болница „Стефан Високи“ доставља одговор на Захтеве за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за ЈНМВ бр. 23/17 Текуће поправке и одржавање медицинске опреме, потенцијалних понуђача пристиглих на mail адресу Наручиоца и заведеног у Општој болници „Стефан Високи“ под бројем ЈН 1289, ЈН 1290, ЈН 1291 дана 18.10.2017. године.

Питање бр.1:

1.1 На страни 12 конкурсне документације тражите да се понуђене цене за резервне делове односе искључиво на нове и оригиналне или у потпуности компатibilne резервне делове, те да за уgraђene резервне делове пружалац услуге доставља изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, произвођача опреме да је за исправно функционисање опреме неопходна уградња оригиналних (коматибилних) резервних делова. Да ли се наведена изјава доставља уз понуду или исту доставља понуђач приликом уградње резервног дела, након закључења уговора? Такође вам скрећемо пажњу да ниједан производ ће опреме не може да да такву изјаву, а бесmisленo је да се таква изјава тражи од производа одговарајућих резервних делова. Молимо вас да тражени услов избаците из конкурсне документације. или да исти промените на начин што ће тражену изјаву да ће уградјивати оригиналне или компатибилне резервне делове сами понуђачи, а не производијачи опреме.

1.2 Молимо вас да партију 1 поделите на две партије, на начин што ће једна партија бити апарат Фабиус Тиро, а посебна партија Фабиус ЦЕ. Наведеном изменом би обезбедили конкуренцију јер на овај начин дефинисаном партијом, прихватљиву понуду може да припреми само овлашћени представник производа опреме, привредно друштво „Драгер техника“ д.о.о. Београд. Уколико не желите да партију 1 поделите на две партије, молимо вас да прихватите да се за апарат Фабиус Тиро уместо сертификата производа доставе потврде здравствених установа да је понуђач већ сервисирао наведену опрему.

1.3 Такође вас молимо и да за партије 2 и 4. с обзиром да се ради о старим апаратима који су изашли из репаратурне бхавезе. дозволите да понуђачи уместо сертификата доставе потврде здравствених установа да су већ сервисирали тражену опрему.

Одговор бр.1:

1.1) Наручилац је већ дао одговор на ово питање документ бр. ЈН 1286 од 18.10.2017. објављен на порталу УЈН и он гласи:

„За утврђене резервне делове Пружалац услуге доставља изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, произвођача опреме да је за исправно функционисање опреме неопходна уградња оригиналних (компатibilnih) резервних делова.“ односи се на партије: 13,14,19,20,30,31,32,33,34,38,39,41,45,47,49 а партија 42 је додата изменом конкурсне документације бр 2

За остале партије потенцијални понуђач доставља само своју изјаву.

1.2) Наручилац усваја захтев потенцијалног понуђача и у том смислу је извршио измену конкурсне документације,

1.3) Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације.

Питање бр.2:

2. 1) Молим Вас да нам одговорите да ли је за наручиоца прихватљиво да у додатне услове под тачком 2 уврстите партију 42 производио ћача Царестреам Хеалтх САД? Наиме Медицом доо Шабац је једини овлашћен сервисер и дистрибутер производио ћача Царестреам Хеалтх за територију Републике Србије (доказ у прилогу mail-a)

2.2) Молим Вас да нам одговорите да ли је за наручиоца прихватљиво да у додатне услове под тачком 3 уврстите партију 35 производио ћача Пхилипс? Наиме Медицом доо Шабац је овлашћен сервисер и дистрибутер производио ћача Пхилипс за територију Републике Србије (доказ у прилогу mail-a)

2.3) Молим Вас да нам одговорите да ли је за наручиоца прихватљиво да у додатне услове под тачком 4 уврстите партију 35 производио ћача Пхилипс и 42 производио ћача Царестреам Хеалтх САД ?

Одговор бр.2: Партија 42 се већ налази у додатним условима под тачком 3 а за Наручиоца је прихватљиво да ту партију уврсти у додатне услове под тачком 4.

За партију 35 Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документаације.

Питање бр.3:

молимо Вас за појасњење конкурсне документације, а у спрези ЈН 23/17.

У обрасцу понуде на страни 19 конкурсне документације,табеларни приказ, сте навели колицина,цена без ПДВ-а,цена са ПДВ-ом. Молимо Вас за појасњење да ли се у цену без и са ПДВ-ом уносе јединичне цене или се исте мнозе са бројем апарата у колони колицина.

Одговор бр.3:

Наручилац је извршио измену конкурсне документације и том изменом је дефинисао одговор на то питање.

Питање бр. 4.

У складу са Чланом 63. став 2 Закона о јавним набавкама Републике Србије Службени гласник број 124/12, у циљу добијања додатних информација за јавну набавку добра, слободни смо да тражимо разјашњење.

Наручилац је приликом дефинисања конкурсне документације дефинисао и додатне услове како ви обезбедио квалитетно и ефикасно сервисирање предметне опреме, међутим како је у оквиру поменутог захтева Наручилац набројао партије за које исти важи, претпостављамо да је дошло до техничке грешке те за партија 22 није наведена у оквиру тог захтева.

На територији Републике Србије постоји ауторизован сервис дефибрилатора произвођача Осату, чији су сервисери прошли обуку за сервисирање предметне опреме, испоруку и уградњу/замену резервних делова, процедуре за тестирање, те овом приликом молимо Наручиоца да у оквиру поменутог захтева из листе Додатних услова укључи и партију 22 како би и за ту партију обезбедио квалитетно сервисирање и спречио могућност да неовлашћена и необучена лица врше измене на уређају тог типа, поготово јер је исправност тог типа уређаја од фундаменталне важности за безбедност и здравље пацијената.

Молимо Вас да у складу са Чланом 63. став 3 Закона о јавним набавкама Републике Србије Службени гласник број 124/12, одговорите на постављено питање.

Одговор на питање бр. 4.

Наручилац усваја захтев потенцијалног понуђача и у том смислу је извршио измену конкурсне документације,

Комисија за Јавну набавку ЈНМВ 23/17

