



E-mail: svisokijn@gmail.com
Web: bolnica-palanka.co.rs

Текући рачун: 840-211661-10
Матични број: 06113079
PIB: 101401162
Ваш број:
Наш број: ЈН 1610

Датум: 20.12.2017.

Предмет: У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама Наручилац Општа болница „Стефан Високи“ доставља одговор на Захтеве за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за ЈНОП бр. 13/ 17 Тестови, реагенси, кертрици и потрошни материјал за лабораторијске апарате, потенцијалних понуђача пристиглих на маил адресу Наручиоца и заведеног у Општој болници „Стефан Високи“ под бројем ЈН 1603, дана 18.12.2017.године.

Питање бр. 1.

Поштовани,

Molimo Vas za dodatno pojasnjenje u vezi sa partijom br 9.

-Da li je moguće ponuditi kontrolu koja u sebi ne sadrzi subpopulacije bele krvne loze?

- U okviru dodatnih karakteristika, molimo Vas za pojasnjenje tacke br.3.

Одговор бр. 1

Није могуће понудити контролу која у себи не садржи субпопулације беле крвне лозе, јер је наручиоцу потребна комплетна диференцијација(поседује 5 part diff апарат). Тачком 3 додатних карактеристика тражи се да паковање садржи узорке за ниво 1 и ниво 2, односно узорке за нормални и патолошки ниво контроле.

Комисија за Јавну набавку ЈНОП 13/17