



E-mail: svisoki@verat.net
Web: bolnica-palanka.co.rs

Текући рачун: 840-211661-10

Матични број: 06113079

PIB: 101401162

Ваш број:

Наш број: ЈН 1638

Датум: 28.12.2017.

Предмет: У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац Општа болница „Стефан Високи“ доставља одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку бр. ЈНОП 14/17 Материјал за дијализу, потенцијалних понуђача, пристиглих на e-mail адресу Наручиоца дана 26.12.2017. године, заведених у Општој болници „Стефан Високи“ под бројем ЈН 1638 дана 26.12.2017. године

Питање 1:

I Наћин узорковања понуђених добара за партију број 14

Nаручилац је на страни 6 конкурсне документације предвидео да се „достављање узорака захтева ради утврђивања технићких карактеристика достављених узорака и упоређивања усуглашености истих са захтевима из конкурсне документације. Достављени узорак мора бити у оригиналном паковању (са произвођачком декларацијом)“.

1. Да ли Наручилац може да специфицира на који наћин ће вршити упоређивање усуглашености достављених узорака са захтевима из конкурсне документације?

Naime, ово иштићемо пре свега из разлога што је било случајева, током ове године, да одређени понуђачи нуде средства за стерилизацију и декалцификацију маћине апарата за хемодијализу типа „Fresenius“ у поступцима јавних набавки, при томе достављајући документацију произвођача у којој се тврди да је средство које нуде компатибилно са тим апаратима односно да испунjava напред наведене параметре, а да се узорковањем спроведеним од стране Наручиоца покаже да то није таћно.

Kao primer navodimo обављено тестирање узорака два медицинска средства за хладну стерилизацију предметних апарата, које је бављено од стране наручиоца Опште болнице Kikinda у поступку јавне набавке - Дијализни материјал по типу маћине, број ЈН: 01-36/2017-1. Том приликом Општа болница Kikinda је извршила мерење једне од битних карактеристика достављених узорака, а које мерење је могуће извршити и у служби дијализе Опште болнице „Stefan Visoki“ Smederevska Palanka, чиме би се на једноставан, ефикасан и економичан наћин могле утврдити једна од главних карактеристика добра која се набавља у партији број 14, а самим тим и евентуална еквивалентност понуђеног добра (да ли је у питању „одговарајуће“ добро). У прилогу достављамо и Zаписник са тестирања узорака у прекуцаној верзији (у прилогу). Увидом у приложени Zаписник са тестирања узорака може се утврдити да је вредност кондуктивитета два од три понуђених добара ван опсега који је прописан од стране произвођача апарата за хемодијализу типа Fresenius, а који опсег вредности кондуктивитета је неопходан ради адекватне и успешне дезинфекције апарата за хемодијализу типа Fresenius, у складу са упутством за употребу и технићком документацијом произвођача истог. На основу свега наведеног и утврђене велике разлике у кондуктивитету три медицинска средства, оствареног приликом предметног тестирања узорака, недвосмислено се могло утврдити да предметна медицинска средства нису еквивалентна („одговарајућа“).

Stoga, предлаћемо Наручиоцу да допуни конкурсну документацију на страни 6, у делу који се односи на

uzorkovanje za partiju broj 14, na način što će specificirati na koji način će se izvršiti uzorkovanje i to ukazujući potencijalnim ponuđačima da će se u okviru službe za dijalizu Naručioca izvršiti merenje konduktiviteta, kao jedne od glavnih karakteristika dobra koje se nabavlja partijom broj 14. Naime, na taj način bi se poštujući osnovna načela predviđena Zakonom o javnim nabavkama, na jednostavan, efikasan i ekonomičan način mogla utvrditi jedna od glavnih karakteristika dobra koja se nabavlja u partiji broj 14, a samim tim i eventualna ekvivalentnost ponuđenog dobra (da li je u pitanju „odgovarajuće“ dobro) sa dobrom koje se traži u partiji broj 14.

Takođe, kao dodatni primer dobre prakse, ukazujemo Vam da je Opšta bolnica Pančevo u okviru javne nabavke JNOP 02/17 zatražila analizu uzoraka istih proizvoda od Instituta za opštu i fizičku hemiju, kao ustanove akreditovane od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, kao istraživačko-razvojni institut u oblasti hemije i fizičke hemije (u daljem tekstu: „**Institut**“). Na taj način, Opšta bolnica Pančevo je nesumnjiv način utvrdila da li ponuđena dobra imaju iste odnosno zahtevane karakteristike, tj. da li su dobra ekvivalentna („odgovarajuća“) ili ne. Upravo je predmetna analiza Instituta pokazala velike razlike u zahtevanim vrednostima dva ponuđena dobra.

Одговор на питање бр. 1:

Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације а понуђач, је у обавези, да уколико има, достави стручно мишљење добијено од Алимса или друге референтне установе, уколико је рађена анализа.

Питање 2:

II Наћин узорковања понуђених добара за партије број 5, 6 и 7

Dodatno, predlažemo Naručiocu da dopuni konkursnu dokumentaciju u pogledu načina uzorkovanja za partije broj 5, 6 i 7 na način kako je to u konkursnoj dokumentaciji predvideo Klinički centar Srbije u postupku javne nabavke br. 464A/2017 - Materijal za dijalizu i lekovi za dijalizu (osim epoetina) na strani 25, „Testiranje će se izvršiti tako što se prvo proveravaju karakteristike materijala uvidom u oznake na originalnom pakovanju. Zatim će se materijal otpakovati i vizuelno i ručno proveriti da li ima sve potrebne sastavne delove, nastavke, i osobine, kao i originalni proizvod odnosno materijal koji preporučuje proizvođač mašine za hemodijalizu. Nakon toga testiraće se mogućnost montiranja materijala na mašinu po uputstvu proizvođača mašine za hemodijalizu.

Na kraju, ukoliko je prethodno testiranje bilo povoljno, uradiće se hemodijaliza sa pomenutim materijalom uz praćenje eventualnih komplikacija. Testiranje će biti izvršeno u službi dijalize Naručioca. Prilikom testiranja dostavljenih uzoraka, naručilac će sačiniti zapisnik u kojem će konstatovati da li ponuđena dobra odgovaraju, odnosno da li su kompatibilna sa tipom mašine.“

Na ovaj način, Naručilac bi na jasan, detaljan i efikasan način mogao da utvrdi da li ponuđena dobra za partije broj 5, 6 i 7 ispunjavanja tražene tehničke karakteristike navedene u konkursnoj dokumentaciji ove javne nabavke.

Одговор на питање бр. 2:

Наручилац у начелу, прихвата сугестију потенцијалног понуђача и врши измену конкурсне документације за партије 5,6 и 7, на страни 6 – тачка 4. „Тестирање ће се извршити тако што се прво проверавају карактеристике материјала увидом у ознаке на оригиналном паковању. Затим ће се материјал отпакovati и визуелно и ручно проверити да ли има све потребне саставне делове, наставке и особине, као и оригинални производ односно материјал који препоручује произвођач машине за хемодијализу. Након тога тестираће се могућност монтирања материјала на машину по упутству произвођача машине за хемодијализу.“

Председник Комисије

др Александра Николић

