

E-mail: svisokijn@gmail.com
Web: bolnica-palanka.co.rs

Текући рачун: 840-211661-10

Матични број: 06113079

PIB: 101401162

Ваш број:

Наш број: 7437

Датум: 11.01.2018.

Предмет: У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, Наручилац Општа болница „Стефан Високи“ доставља одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку бр. ЈНОП 14/17 Материјал за дијализу, потенцијалних понуђача, пристиглих на e-mail адресу Наручиоца дана 08.01.2018. године, заведених у Општој болници „Стефан Високи“ под бројем ЈН 21 дана 08.01.2018. године

Предмет: Захтев за достављање додатних информација и појашњења у вези са припремањем понуде

Наручилац је у свом одговору од 28.12.2017. године истакао да остаје при захтевима из конкурсне документације, а да је понуђач у овавези да уколико има, достави стручно мишљење добијено од АЛИМСа или друге референтне установе, уколико је рађена анализа. Додатно на страни 5 измањене Конк. док. Наручилац је у делу Напомена под бројем 1 одредио да је „понуђач дужан да, за сва понуђена добра, достави оригинални каталог,, или неку другу тех. документацију на основу које ће доказати да добра која нуди испуњавају техничке карактеристике које наручилац захтева конкурсном документацијом. Предметном документацијом потребно је да Наручилац на несумњив начин утврди да понуђено добро, односно медицинско средство испуњава техничке карактеристике тражене у Конк. док. и да је понуђено добро компатибилно са моделом апарата који се набавља.

1. Имајући у виду наведени одговор и постављени услов конкурсне документације... предлагемо наручиоцу да наведено објашњење дато у одговору од 28.12.2017. године уврсти у своју конкурсну документацију, са додатним условом да достављено стручно мишљење мора изричито садржати све тражене параметре за партију 14, као доказ да понуђено добро садржи све тражене техничке карактеристике наведене у конк. док. и да је понуђено добро компатибилно са моделом апарата за који се набавља.

Узимајући у обзир да Наручилац није прихватио предлог Подносиоца захтева за изменом конкурсне документације у погледу неопходности навођења начина на који ће се вршити упоређивање усаглашености достављених узорака са захтевима из конк. док., Подносилац захтева овим путем посебно указује Наручиоцу на одлуку Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки(у даљем тексту Комисија) број 4-00-345/2017 од 04.04.2017. године. Наведеном одлуком Комисија је усвојила захтев за заштиту права овде Подносиоца захтева констатујући следеће: 1) "Наручилац није конк. док. предвидео на који начин ће узорци бити испитивани, односно није прописао начин на основу којег ће вршити проверу испуњености техничких спецификација.". 2) Даље, Комисија је констатовала "Како је у конкретном случају Наручилац вршио стручну оцјену понуда на основу достављених узорака, то је био дужан да приликом сачињавања конк. док. пропише и начин на који ће исти бити оцењиван"

2. Предлажемо Наручиоцу да још једном размотри изјмену конкурсне документације у погледу узорковања за партију број 14, тако што ће на детаљан начин описати поступак узорковања, као и начин оцењивања усаглашености понуђених добара са техничким карактеристикама траженим конкурсном документацијом.

Стога, поново предлажемо Наручиоцу да још једном размотри допуну конкурсне документације на страни 6, у делу који се односи на узорковање за партију бр. 14 на начин што ће специфицирати на који начин ће се вршити узорковање и то указујући потенцијалним понуђачима да ће се у оквиру Службе за дијализу Наручиоца извршити мерење кондуктивитета, као једне од главних карактеристика добра које се набавља партијом бр 14. Наиме, на тај начин би се поштујући основна начела предвиђена законом о Јавним набавкама, на једноставан, ефикасан и економичан начин могла утврдити једна од главних карактеристика добра која се набавља у Партији 14, а самим тим и усаглашеност понуђених добара са добром које се тражи у партији бр 14.

Даље, Наручилац је дана 05.01.2018. године извршио измену конкурсне документације на предлог заинтересованог понуђача, за партију бр. 14, на начин што је обрисао речи „Пуристерил, а 10 лит. или одговарајући“.

На овај начин Наручилац је прекршио члан 72. став 4. ЗЈН којим је прописано да се навођење елемената попут робног знака, патента, типа или произвођача мора бити праћено речима "или одговарајуће".

Наиме, Наручилац је конк. док. за партију бр 14 изменио на начин да је изменом утврдио набавку "Средства за стерилизацију и декалцификацију машине (за машине 4008S, 4008H, 5008 и 5008S) на бази пероксисирћетне киселине.

Одређивањем да се набавља Средство за стерилизацију и декалцификацију машине, за машине 4008S, 4008H, 5008 и 5008S наручилац је одредио директно тип машине, а индиректно и произвођача машине, обзиром да је опште познатачињеница да је произвођач машине типа 4008S, 4008H, 5008 и 5008S Fresenius. На тај начин а у складу са чланом 72. став 4. ЗЈН, Наручилац је у обавези да набавку добара за Партију 14 допуни речима "или одговарајуће", што је првобитно исправно и одредио.

Такође симптоматично је да се у партијама број 5, 6, 7, 13, 14 и 15 набавља материјал који зависи од типа машине и да се у свим партијама наводе речи "или одговарајуће" осим у измењеној конк. док. за Партију бр 14.

3. Имајући у виду наведено, предлажемо Наручиоцу да врати пређашњу формулацију партије број 14, како би иста била у складу са чланом 72. Став 4. Закона о јавним набавкама.

Позивамо наручиоца да нам свој одговор достави у року и на начин прописан Законом.

Наручилац је у својим претходним одговорима на питања везана за Партију бр 14 , односно изменама конкурсне документације покушао да исту састави на начин тако да приликом стручне оцене понуда избегне све могуће недоумице и да изабере најповољнијег понуђача, односно на начин да нико од преосталих понуђача нема примедбе на одлуку о избору најповољнијег понуђача.

Наручилац није прекршио члан 72. став 4. ЗЈН како потенцијални понуђач наводи у свом Захтеву. Потенцијални понуђач је превидео јену просту чињеницу да је добро које се набавља: **Средство за стерилизацију и декалцификацију машине** (за машине 4008S, 4008H, 5008 и 5008S), а не **апарат за хемодијализу** типа 4008S, 4008H, 5008 и 5008S, па да наведе речи „или одговарајући“, посебно што је својом претходном изменом из техничког описа избацио **робни знак Средства**, уз који је и навео речи „или одговарајући“.

На исти начин је неоснована и примедба потенцијалног понуђача: „Такође симптоматично је да се у партијама број 5, 6, 7, 13, 14 и 15 набавља материјал који зависи од типа машине и да се у свим партијама наводе речи “или одговарајуће” осим у измењеној конк. док. за Партију бр 14”.

У свим побројаним партијама, осим у партији 14, наведен је **робни знак** добра које се набавља те их стога у складу са чланом 72. став 4. ЗЈН и прате речи “или одговарајући”

Разматрајући остала постављена питања, односно предлоге Подносиоца захтева за достављање додатних информација и појашњења у вези са припремањем понуде, односно претходно постављених питања, Комисија је одлучила да изврши измену конкурсне документације, на начин да се отклоне све могуће недоумице за потенцијалне понуђаче, почевши од додатних услова, начина узорковања и др., а у свему се придржавајући стандарда за хемодијализу прописаних од стране Републичког фонда за здравствено осигурање.

Измена се врши за Партију 14 и сада гласи:

Средство за стерилизацију и декалцификацију машине (за машине 4008S, 4008H, 5008 и 5008S), а 10 лит. (стране 3, 5 и 14 конкурсне документације)

Брише се тачка бр 5 у Напомени (страна бр. 6 конкурсне документације)

Овом изменом Наручилац отклања све недоумице везане за начин узорковања, јер га неће вршити, како је и наводио од почетка у својој конкурсној документацији, а на шта су га потенцијални понуђачи већ два пута покушали навести да уради у својим захтевима за додатним појашњењима.



Председник Комисије
др Александра Николић