



E-mail: svisoki@verat.net
Web: bolnica-palanka.co.rs

Текући рачун: 840-211661-10
Матични број: 06113079
PIB: 101401162
Ваш број:
Наш број: ЈН 510

Датум: 20.05.2019.

Предмет: У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама Наручилац Општа болница „Стефан Високи“ доставља одговор на Захтев потенцијалног понуђача за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације бр. ЈНОП 2/19 Медицински потрошни материјал ЈН 2.1 шавни материјал за партију 1, заведеног у Општој болници „Стефан Високи“ под бројем ЈН 491 дана 17.05.2019. године

На основу члана 63 став 2 ЗЈН, потенцијални понуђач, у законском року, од наручиоца тражи додатна појашњења и предлаже измену конкурсне документације у поглављу II – Врста, Техничке карактеристике, квалитет, количине и опис добара, партија 1 у оквиру НАПОМЕНА – посебни захтев (страна 12 конкурсне документације).

Питање бр. 1: За партију 1 предметне јавне набавке а у оквиру НАПОМЕНЕ поглавља II - Врста, Техничке карактеристике, квалитет, количине и опис посла Наручилац наводи посебне захтеве везане за тензиону снагу, и то:

„POLIGLAKTIN 910

Минимум 75% - 14ог дана

Минимум 50% - 21ог дана

Минимум 30% - 28ог дана

Тотална апсорпција 56 – 70 дана од имплементације

Доказ: Јасно наведена (означена) тензиона снага конца у оригиналном каталогу произвођача“

Заинтересовани понуђач је испитао тржиште, имао увид у комплетну проспектну документацију свих регистрованих произвођача са дозволом промета хируршких конаца у АЛИМС и уверио се да је споран захтев наручиоца да тензиона снага конца Полиглактина 910, буде 28ог дана минимум 30%. Овај захтев не испуњавају конци Полиглактина 910 светски познатих а у АЛИМСУ регистрованих као што су: Johnson&Johnson, Metronik, Yavo, Demetech.. У производној и каталожкој документацији ових произвођача тензиона снага 28ог дана је минимум 25%, што је уобичајена и прихватљива вредност за нормалан ток зарастања рана.

С обзиром на наведено наручиоцу се сугерише да свој захтев из конкурсне документације да тензиона снага 28ог дана од минимум 30% коригује на вредност од минимум 25%. На овај начин омогућава се заступљеност конача свих наведених произвођача као и конача који евентуално задовољавају сада тражени услов, што би морао бити интерес и самог наручиоца. Начела јавних набавки захтевају од наручиоца не само да обезбеди конкуренцију, него и да та конкуренција буде што већа, што се овом сугестијом и обезбеђује.

Сугерише се такође наручиоцу да измени и начин доказивања овог услова и да каталог (који ипак представља информативно проспектни материјал који је и без произвођача могуће прилагођавати траженој спецификацији) замени са поузданијим документом за доказивање, а то је Упутство о употреби издато и оверено од произвођача а преведено на српски језик од стране судског тумача.

Да ли наручилац прихвата понуђену тензиону снагу за Polyglycol acid 14ог дана у границама 55% - минимум 65%, као и 21ог дана у границама 40% - минимум 50%?

Одговор на питање бр. 1: Наручилац је детаљно размотрио питања потенцијалног понуђача и извршиће измену Конкурсне документацију ЈНОП 2/19 ЈН 2.1 Шавни материјал у поглављу II Врста, Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, на страни бр. 6.

Председник
Комисија за јавну набавку

Др Горан Јовановић, спец. урологије