



E-mail: svisoki@verat.net
Web: bolnica-palanka.co.rs

Текући рачун: 840-211661-10
Матични број: 06113079
PIB: 101401162
Ваш број:
Наш број: ЈН 552

Датум: 29.05.2019.

Предмет: У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама Наручилац Општа болница „Стефан Високи“ доставља одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације бр. ЈНОП 2/19 Медицински потрошни материјал ЈН 2.2 дезинфекциони материјал, потенцијалног понуђача, заведеног у Општој болници „Стефан Високи“ под бројем ЈН 549 дана 29.05.2019. године

Питање бр. 1: Наручилац је постављено питање заинтересованог понуђача:

Да ли ће бити прихватљиво средство без неутрализатора, с обзиром да је средство које би понудили рН неутрално и у потпуности биоразградиво и као такво не представља никакав ризик по животну средину и здравље људи?

Одговорио: „Уколико не представља никакав ризик по животну средину и здравље људи, Наручилац ће прихватити средство без неутрализатора.“

Указујемо Наручиоцу на следеће чињенице:

- Средства за висок ниво дезинфекције на бази алдехида (глутералдехид, 0,55 ортофталалдехида) у свом саставу садрже 99,4% неорганске материје, те биоразградљивост за ова средства **није примењива** тј може да се односи на остатак састава од 0,6%. (у прилогу документ произвођача који се позива на биоразградљивост)
- Поједине области примене захтевају **посебно одлагање алдехида** (глутералдехида и 0,55 ортофталалдехида) док друге предвиђају **неутализацију**. У ниједном случају није дозвољено испуштање алдехида у болничку канализацију **због штетног утицаја на животну средину** (*Guideline for Use of High Level Disinfectants & Sterilants for Reprocessing Flexible Gastrointestinal Endoscopes*) „Disposal of OPA must be in accordance with local, state and Federal regulations (OSHA, 2006; Rutala et al., 2008). Some areas prohibit disposal into sewer systems and others require neutralization (OSHA, 2006). Empty containers from freshly activated solutions should be thoroughly rinsed with water prior to disposal“
- Од 4 светска произвођача раствора 0,55 ортофталалдехида, присутна на тржишту у Србији, три произвођача упуством за употребу позивају на **обавезну неутрализацију** глицином, пре испуштања раствора у болничку канализацију (Johnson&Johnson, Metrex, GBL)

- Неутрализатор 0,55 ортофталалдехида (глицин) користи се уз медицинско средство као прибор и исти не подлеже регистрацији у АЛИМС-У. Као такав доступан је на тржишту и не ограничава ниједног потенцијалног понуђача заинтересованог да достави понуду.

Споран одговор Наручиоца доводи до тога да потнецијални понуђачи не могу да доставе одговарајућу понуду, јер да би понуда била одговарајућа Понуђач је у обавези да достави понуду за све ставке тражене конкурсном документацијом. Омогућавање појединим понуђачима да одређену ставку изоставе из понуде доводи до неједнакости понуђача. Наручилац такође није предвидео на који начин би се доказивало да искоришћено средство не представља ризик по животну околину.

На основу изнетих чињеница:

Питање:

- Да ли је за Наручиоца прихватљиво да одговор објављен на Порталу ЈН 28.05.2019. године стави ван снаге и да задржи првобитне захтеве из техничких спецификација

Одговор на питање бр. 1: Наручилац је размотрио Захтев за појашњењем конкурсне документације потенцијалног понуђача и његово образложење и детаљно проучио доступну документацију, те с тога мења свој одговор заведен под бр. ЈН 541 објављен на Порталу дана 28.05.2019. године, на питање бр. 3 потенцијалног понуђача (заведено под бр. ЈН 536 од 27.05.2019.) тако да одговор на питање бр. 3 потенцијалног понуђача сада гласи:

Наручилац остаје при захтевима из техничке спецификације конкурсне документације.

Председник
Комисије за јавну набавку

Др Горан Јовановић, спем. урологије

