



E-mail: svisoki@verat.net  
Web: bolnica-palanka.co.rs

Текући рачун: 840-211661-10  
Матични број: 06113079  
PIB: 101401162  
Ваш број:  
Наш број: ЈН 551

Датум: 29.05.2019.

**Предмет:** У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама Наручилац Општа болница „Стефан Високи“ доставља одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације бр. ЈНОП 2/19 Медицински потрошни материјал ЈН 2.2 дезинфекциони материјал, потенцијалног понуђача, заведеног у Општој болници „Стефан Високи“ под бројем ЈН 536 дана 27.05.2019. године

**Питање бр. 1:** За ЈН 2.2, Партија 1 ставка 1 - Да ли је прихватљиво да ензимски детергент буде на бази 4 ензима?

**Одговор на питање бр. 1:** Наручилац ће прихватити ензимски детергент на бази најмање 3 ензима, а прихватиће и са већим бројем ензима у детергенту.

**Питање бр. 2:** За ЈН 2.2, Партија 1 ставка 2 - Да ли ће бити прихватљиво средство на бази 0,55% Ortho-phthaldehida, са ефикасношћу на бактерије, квасце, микобактерије, вируцидна ефикасност у 5 минута, као и ефикасност на споре у 30 минута? Средство је испитано у складу са важећим еуро нормама, EN 13727, EN 13624, EN 14562, EN 14561, EN 14563, EN 14348, EN 14476, EN 13704, EN14347?

**Одговор на питање бр. 2:** Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације.

**Питање бр. 3:** За ЈН 2.2 Партија 1 - Да ли ће бити прихватљиво средство без неутрализатора, с обзиром да је средство које би понудили рН неутрално и у потпуности биоразградиво и као такво не представља никакав ризик по животну средину и здравље људи?

**Одговор на питање бр. 3:** Наручилац остаје при захтевима из техничке спецификације конкурсне документације.

Председник  
Комисије за јавну набавку

Др Горан Јовановић, спец. урологије