

E-mail: svisoki@verat.net
Web: bolnica-palanka.co.rs

Текући рачун: 840-211661-10
Матични број: 06113079
PIB: 101401162
Ваш број:
Наш број: ЈН 459

Датум: 10.05.2019.

Предмет: У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама Наручилац Општа болница „Стефан Високи“ доставља одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације бр. ЈНОП 2/19 Медицински потрошни материјал ЈН 2.1 шавни материјал за партију 1, потенцијалног понуђача, заведеног у Општој болници „Стефан Високи“ под бројем ЈН 455 дана 07.05.2019. године


Питање 1: У обрасцу бр. II – Техничке карактеристике за партију 1, за 14 ставки стоји прецизан технички захтев да предметне игле морају имати задате дужине.

С обзиром на функцију предметних игала приликом употребе сматрамо да није од битног значаја да тражене дужине игала буду баш тачно како је тражено.

Сугеришемо наручиоцу да омогући понуђачима да дужине предметних игала за хируршке коце понуде са уобичајеном толеранцијом од $\pm 5\%$. Прихватањем ове сугестије већи број понуђача би могао понудити предметно добро, а да се при томе не измени функционални захтев игала за хируршке конце приликом употребе.

Уколико наручилац не прихвата предложену сугестију, молимо да у свом одговору наведе стручне разлоге због којих игле морају бити само захтеване дужине.

Одговор 1: Наручилац је сагласан са сугестијом потенцијалног понуђача и прихватиће понуде са одступањем дужине игала $\pm 5\%$.

Комисија за јавну набавку

Зоран Голубовић, дипл. ел. инж.