



E-mail: svisokijn@gmail.com
Web: bolnica-palanka.co.rs

Текући рачун: 840-211661-10
Матични број: 06113079
PIB: 101401162
Ваш број:
Наш број: ЈН 1250

Датум: 24.10.2019.

Предмет: У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама Наручилац Општа болница „Стефан Високи“ доставља одговор на Захтеве за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку мале вредности бр. ЈНМВ 28/19 Система за архивирање рендген слика у DICOM формату – PACS систем потенцијалног понуђача, заведеног у Општој болници „Стефан Високи“ под бројем ЈН 1244 од 22.10.2019. године.

Питање број 1: У техничким захтевима за испорuku PACS (DICOM) servera navodite da PACS softver treba da poseduje sledeću karakteristikuku:

3. Query&Retrieve - podrška za upit i povlačenje slika sa PACS servera, i drugih modaliteta

Da li možete da izmenite ovaj zahtev tako da glasi

3. Query&Retrieve - podrška za upit i povlačenje slika sa PACS servera

jer nije uobičajeno da PACSA server povlači slike sa modaliteta

Одговор на питање бр. 1: *Naručilac ostaje pri zahtevima iz konkursne dokumentacije.*

Питање број 2: У техничким захтевима за испорuku PACS (DICOM) servera navodite da PACS softver treba da poseduje sledeću karakteristikuku

6. DICOM Modality Worklist– PACS softver treba da ima podršku za DICOM Modality Worklistu.

To znači da može da prikazuje zakazane pacijente koji idu na snimanje na određeni uređaj. Nema

potreba da operator dva puta unosi demografske podatke

pacijenta na modalitetu.

Da li možete da isključite ovaj zahtev iz tehničke specifikacije, s obzirom na to da

generisanje/kreiranje DICOM Modality Worklist-e po pravilu obavlja radiološki informacioni

sistem, koji nije predmet nabavke?

Одговор на питање бр. 2. : *Naručilac ostaje pri svojim zahtevima iz konkursne dokumentacije (zahteva se da isporučeni PACS sistem podržava DICOM Modality Worklistu ne prejudicirajući njen nastanak. Razlog je da se ne mora menjati PACS sistem kada se bude uvodio RIS).*

Питање број 3: У техничким захтевима за испорuku PACS (DICOM) servera navodite da PACS softver treba da poseduje sledeću karakteristikuku

9. Automatsko rutiranje slika na predefinisano lokaciju. Rutiranje po tipu modaliteta, po DICOM tagovima.

Da li možete da izmenite ovaj zahtev tako da glasi

9. Automatsko rutiranje slika na predefinisano lokaciju. Rutiranje po tipu modaliteta.

Одговор на питање бр. 3. : *Naručilac ostaje pri svojim zahtevima iz konkursne dokumentacije, (zahteva se da isporučeni PACS sistem podržava rutiranje i po tipu modaliteta i po DICOM Tagovima. Razlog je da se mogu po potrebi obezbediti razlicita automatska rutiranja za vise modaliteta istog tipa i da se mogu obezbediti razlicita automatska rutiranja za razlicite studije sa istog modaliteta prema sadržaju upisanom u pojedine DICOM Tagove).*

Питање број 4: Na strani 5. konkursne dokumentacije, u okviru obrasca VRSTA, KOLIČINA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE. KVALITET I OPIS ROBE, pod tačkom 1. naveli ste sledeće: PACS (DICOM) sistem mora biti registrovan (akreditovan) u agenciji za lekove i medicinska sredstva a proizvođač registrovan u Ministarstvu zdravlja Srbije (dostaviti odgovarajuća rešenja).

Ovim putem apelujemo na Naručioca da se pridržava Načela obezbeđivanja konkurencije i načela ravnopravnosti ponuđača, odnosno da ne koristi diskriminatorne kriterijume. Naime, saglasno zakonskim odredbama, samo se domaći proizvođači registruju pri Ministarstvu zdravlja, dok se strani proizvođači ne registruju pri Ministarstvu zdravlja RS. Samim tim, Vašim zahtevom, isključeni su svi ino-proizvođači iz javne nabavke, odnosno nijedan proizvod koji nije domaćeg porekla ne može biti ponuđen u predmetnoj javnoj nabavci.

Molimo Naručioca da spornu tačku 1 definiše na sledeći način:

PACS (DICOM) sistem mora biti registrovan (akreditovan) u agenciji za lekove i medicinska sredstva a proizvođač **ili ponuđač** registrovan u Ministarstvu zdravlja Srbije (dostaviti odgovarajuća rešenja).

Одговор на питање бр. 4. : *Naručilac prihvata sugestiju potencijalnog ponuđača i vrši izmenu konkursne dokumentacije.*

Напомена. Сви технички захтеви су у складу са националном платформом за радиолошки информациони систем чија је имплементација у току.



Комисија за ЈНМВ 28/19

Зоран Голубовић, дипл.ел.инж.