



E-mail: svisokijn@gmail.com  
Web: bolnica-palanka.co.rs

Текући рачун: 840-211661-10  
Матични број: 06113079  
PIB: 101401162  
Ваш број:  
Наш број: ЈН 559  
Датум: 19.06.2020.

**Предмет:** У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама Наручилац Општа болница „Стефан Високи“ доставља одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације бр. ЈНОП 3/20 Медицински потрошни материјал ЈН 3.2 потрошни материјал који се не фактурише, потенцијалног понуђача, заведеног у Општој болници „Стефан Високи“ под бројем ЈН 550 дана 16.06.2020. године

**Питање бр. 1:** Питање ЈНОП 3/19 Медицински потрошни материјал;  
За партију 8 , ставка 1 –Хавана папир зелени: молимо Вас да прецизирате димензије папира.  
ставка 9 – Bowie Dick: Молимо Вас да прецизирате који тачно Bowie Dick тест је у питању?

**Одговор на питање бр. 1:**

**Ставка 1 – Хавана папир зелени -1000 мм\*1000мм**

**Ставка 9 - Bowie Dick готов тест 1/1**

**Питање бр. 2: Партија 9:** Приметили смо да постоји нелогичност у односу 2 обрасца, у којима је два ставка у оквиру ове партије другачији редослед места:

- II – Врсте, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета
- Образац понуде

Молимо Вас да усагласите редослед ставки у оквиру ова два обрасца за наведену партију, како би било јасно каоја је ставка 1, а која ставка 2.

- Ставка „траке за стерилизацију“: Молимо Вас да прецизирате који тип траке за стерилизацију је прихватљиво понудити:  
Трака за суву стерилизацију -18мм\*50м  
Трака за парну стерилизацију – 18мм\*50м

**Одговор на питање бр. 2: Наручилац прихвата сугестију потернцијалног понуђача и мења конкурсну документацију**

**Потребна нам је трака за парну стерилизацију – 18мм\*50м.**

Комисија за јавну набавку

Зоран Г олубовић, дипл. ел. инж.